



## Дневни извјештај квалитета ваздуха

### 12. јун 2023. године

 Датум:  
13.06.2023.

 Број:  
12/06/2023

Надлежност: Инжењер за заштиту ваздуха

**СИСТЕМ ЗА МЈЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА**

- Константан рад система за све параметре: да  не
- Систем није у раду за:

ПАРАМЕТАР	БРОЈ САТИ ЗАСТОЈА	НАПОМЕНА
SO <sub>2</sub>		Вршена је калибрација уређаја APNA-370.
NO <sub>x</sub>	1	
NO <sub>2</sub>	1	
NO	1	
PM 10		
Температура ваздуха ( T )		
Атмосферски притисак (AtPr)		
Влажност ваздуха (ReVI)		
Глобално сунчево зрачење (GISz)		
Брзина вјетра (BrVj)		
Смјер вјетра (SmVj)		

**ВАЛИДНОСТ ПАРАМЕТАРА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА**

- Резултати валидни за све параметре: да  не
- Резултати нису валидни за:

ПАРАМЕТАР	БРОЈ НЕВАЛИДНИХ РЕЗУЛТАТА	НАПОМЕНА
SO <sub>2</sub>		
NO <sub>x</sub>		
NO <sub>2</sub>		
NO		
PM 10		
Температура ваздуха ( T )		
Атмосферски притисак (AtPr)		
Влажност ваздуха (ReVI)		
Глобално сунчево зрачење (GISz)		
Брзина вјетра (BrVj)		
Смјер вјетра (SmVj)		

**ИЗВЈЕШТАЈ ДНЕВНИХ ВРИЈЕДНОСТИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА**

ПАРАМЕТРИ	NO		NO <sub>x</sub>	SO <sub>2</sub>		AtPr	GISz	ReVI	BrVj	SmVj	PM10		T
	Јединица мјере		Јединица мјере	Јединица мјере	Јединица мјере		Јединица мјере	Јединица мјере	Јединица мјере	Јединица мјере	Јединица мјере	Јединица мјере	
	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	mbar	W/m <sup>2</sup>	%	m/s	°	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	°C
<b>Сатна ГВ И ТВ</b>		150	150		350	350					*	*	
<b>Дневна ГВ И ТВ</b>		85	85		125	125					50	50	
<b>Бр.прекорачења сатне ГВ и ТВ</b>		0	0		0	0					-	-	
<b>Бр.прекорачења дневне ГВ и ТВ</b>		0	0		0	0					0	0	
<b>Мин. сатна вриј.</b>	-0.87	-11.91	-11.09		22.04	902.30	-2.81	69.06	1.16	147.16	5.25	14.03	
<b>Макс. сатна вриј.</b>	5.69	4.18	10.99		22.75	904.46	388.10	86.75	2.17	270.89	13.04	18.39	
<b>Дневни просјек</b>	1.81	-5.60	-2.41		22.33	902.90	140.28	78.38	1.56	202.59	8.86	15.78	
<b>Број валидних сатних мјерења</b>	23	23	23		24	24	24	24	24	24	24	24	24

ГВ и ТВ – гранична и толерантна вриједност су прописане Уредбом о вриједности квалитета ваздуха (Сл.Гл.РС.бр.124/12)

\* – сатна гранична и толерантна вриједност за PM 10 нису прописане Уредбом о вриједности квалитета ваздуха (Сл.Гл.РС.бр.124/12)

 Израдио:  
Инжењер за заштиту ваздуха

 Прегледао:  
Шеф службе за заштиту животне средине

 Одобрено:  
Извршни директор за производњу ел. енергије и развој ТЕ